

# RESMED

## 30W Power Supply Unit

### User Information

English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Português • Nederlands • Svenska • Dansk • Norsk • Suomi • 简体中文 • 繁體中文 • 日本語

#### English

The 30W power supply unit is designed for use with the S9™ device only and does not support H5i™. In order to power the S9 attached to a H5i, please use the 90W power supply unit. For more information refer to the Welcome and Information Guides packed with your S9.

#### Deutsch

Das 30 W Netzgerät ist nur für die Verwendung mit dem S9™ Atemtherapiegerät ausgelegt und unterstützt nicht den H5i™ Atemluftbefeuchter. Um ein S9 Atemtherapiegerät zu betreiben, das an einen H5i Atemluftbefeuchter angeschlossen ist, verwenden Sie das 90 W Netzgerät. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Einführung und im Informationshandbuch Ihres S9 Atemtherapiegerätes.

#### Français

Le module d'alimentation 30 W est uniquement prévu pour la S9™ et n'est pas compatible avec l'H5i™. Si la S9 est connectée à un H5i, veuillez utiliser le module d'alimentation 90 W. Veuillez consulter les guides de présentation et d'information qui sont fournis avec votre S9.

#### Italiano

L'alimentatore elettrico da 30 W è indicato esclusivamente per l'uso con l'apparecchio S9™ e non è compatibile con l'H5i™. Per alimentare l'S9 quando è collegato all'H5i si prega di utilizzare l'alimentatore elettrico da 90 W. Per maggiori informazioni, vedere le guide di benvenuto e informativa in dotazione con l'apparecchio.

#### Español

La fuente de alimentación de 30 W está diseñada para ser utilizada con el equipo S9™ exclusivamente, y no es compatible con el H5i™. Para alimentar el equipo S9 cuando tenga un H5i™ conectado, utilice la fuente de alimentación de 90 W. Para obtener más información, consulte el manual de bienvenida y el manual informativo que vienen con el equipo S9.

#### Português

A fonte de alimentação de 30W foi projetada para uso somente com o dispositivo S9™ e não suporta H5i™. Para alimentar o S9 conectado a um H5i, use a fonte de alimentação de 90W. Para obter mais informações, consulte os Guias de Boas-vindas e de Informações que acompanham o S9.

#### Nederlands

De 30 W-voedingseenheid is alleen bedoeld voor gebruik met het S9™-apparaat en is niet geschikt voor de H5i™. Gebruik de 90W-voedingseenheid voor het leveren van stroom aan de S9 als deze op een H5i aangesloten is. Raadpleeg voor meer informatie de Welkomgids en de Informatiegids die bij uw S9 geleverd zijn.

## Svenska

30 W strömförsörjningsenheten är endast avsedd att användas med S9™ utrustningen och stöder inte H5i™. Använd 90 W strömförsörjningsenheten för att driva S9 utrustningen när den är kopplad till en H5i. Du hittar mer information i välkomst- och informationsguiderna som medföljer din S9 utrustning.

## Dansk

30 W strømforsyningen er kun beregnet til brug sammen med S9™-apparatet og understøtter ikke H5i™. Brug 90 W strømforsyningen til drift af et S9-apparat forbundet med en H5i™-fugter. Se velkomst- og brugervejledningerne for S9 for yderligere oplysninger.

## Norsk

30 W strømforsyningen er kun konstruert for bruk sammen med S9™-apparatet og støtter ikke H5i™. Bruk 90 W strømforsyningen til å drive S9-apparatet hvis det er koblet til en H5i-fukter. Du finner mer informasjon i velkomst- og informasjonsveiledningene som medfølger S9-apparatet.

## Suomi

30 W:n virransyöttölaite on tarkoitettu käytettäväksi vain S9™-laitteen kanssa eikä se tue H5i™-kustutinta. Syötä S9-laitteeseen, johon on liitettynä H5i-kostutin, virtaa 90 W:n virransyöttölaiteella. Tarkempia tietoja saat S9-laitteen mukana tulleista Käyttöön- ja Laitetiedot-oppaista.

## 简体中文

30瓦电源插头仅限于 S9™ 装置使用，不支持 H5i™ 装置。若 S9 装置连接了 H5i，请选用 90 瓦电源插头进行供电。欲了解更多详情，请参阅随 S9 装置附赠的欢迎指南和咨询指南。

## 繁體中文

30瓦電源插頭僅限與 S9™ 裝置使用，不支持 H5i™ 裝置。若 S9 裝置連接了 H5i，請選用 90 瓦電源插頭進行供電。欲瞭解更多詳情，請參閱隨 S9 裝置附贈的歡迎指南和資訊指南。

## 日本語

30W電源ユニットはS9™ 装置向けにのみ設計されており、H5i™には対応いたしません。H5iに取り付けられたS9への電力供給には、90W電源ユニットをご使用ください。詳細についてはお使いのS9に同梱のウェルカムガイドと情報ガイドを参照してください。

 **Manufacturer:** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.  
See [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip).  
S9 and H5i are trademarks of ResMed Ltd and S9 is registered in U.S. Patent and Trademark Office. © 2018 ResMed Ltd. 3681087/1 2018-02

