ResMed

Lumis™ series

VPAP ST

Guida rapida

Italiano

Prima di utilizzare il dispositivo Lumis™ leggere interamente la relativa guida all'uso.

Configurazione



Con l'apparecchio su una superficie piana e stabile, afferrare la clip di fermo sul retro dell'apparecchio e tirare verso l'alto per aprire.

Nota: la clip di fermo viene mostrata in posizione aperta.



(a) Inserire il connettore di alimentazione nella presa di alimentazione e (b) spingere verso il basso la clip di fermo per fissarlo in posizione.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione nell'alimentatore e l'altra estremità nella presa di corrente elettrica.

Collegare saldamente il circuito respiratorio all'uscita dell'aria ubicata sul retro del dispositivo.



Collegare saldamente l'estremità libera del circuito respiratorio alla maschera assemblata. Premere Start/Stop per avviare la terapia.

Lumis con HumidAir

Se si utilizza un dispositivo Lumis con HumidAir™, riempire l'umidificatore come di seguito indicato:

Aprire l'umidificatore e riempirlo di acqua fino alla tacca indicante il livello massimo dell'acqua.

Chiudere l'umidificatore e introdurlo lateralmente al dispositivo.

L'umidificazione riscaldata offre sollievo da secchezza e congestione ed è stata progettata per rendere la terapia più confortevole.

Adattarsi alla terapia

Chi utilizza il dispositivo per la prima volta potrebbe avere bisogno di tempo per abituarsi alla terapia. Non è un fatto insolito dal momento che per la maggior parte dei pazienti sono necessarie da una a due settimane per adattarsi alla pressione dell'aria.

Come superare i sintomi modificando le impostazioni di comfort

Se si fa difficoltà ad abituarsi alla terapia, si possono usare le funzioni di comfort di Lumis.

- **Difficoltà ad addormentarsi**—se si ha difficoltà ad addormentarsi con l'alta pressione, attivare la Rampa o aumentare il valore T. rampa.
- **Senso di pienezza**—se si avverte un leggero senso di pienezza dato dall'ingestione di aria, attivare la Rampa o aumentare il valore T. rampa.
- **Sensazione di non ricevere aria a sufficienza**—Quando si avverte la sensazione di non ricevere sufficiente aria, disattivare il parametro T. rampa.

Per modificare il parametro T. rampa:



1. Premere il selettore per inserire Le mie opzioni.

2. Ruotare il selettore per evidenziare T. rampa, quindi premere per selezionare.

3. Ruotare il selettore per regolare l'impostazione desiderata.

4. Premere il selettore per salvare la modifica.

Il dispositivo Lumis con HumidAir dispone di un maggior numero di funzioni di comfort che rendono la terapia più confortevole.

- **Naso secco o che cola**—In caso di naso secco o che cola, aumentare l'impostazione Livello Umidità.
- **Goccioline d'acqua (condensa)**—Se si formano goccioline d'acqua sul naso, sulla maschera o nel circuito respiratorio, diminuire l'impostazione Livello Umidità.

ResMed

Pulizia

1. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato. Non lavarli in lavatrice o lavastoviglie.
2. Sciacquare bene il circuito respiratorio e lasciarlo asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore.
3. Pulire l'esterno del dispositivo con un panno asciutto.

Se si utilizza un dispositivo Lumis con HumidAir, pulire l'umidificatore come indicato ai punti 1 e 2.

Per istruzioni dettagliate relative alla pulizia della maschera, consultare la guida all'uso della maschera.

Controllo e sostituzione periodica dei componenti

Per il vostro confort e per il vostro benessere è necessario controllare e sostituire periodicamente parti e componenti del dispositivo. La sostituzione periodica di parti e componenti garantisce una terapia ottimale e un confort prolungato.

Per istruzioni dettagliate sui controlli da effettuare, consultare la guida all'uso del dispositivo Lumis. Contattare il proprio fornitore di dispositivi medicali per ricevere informazioni relative alla tempistica delle sostituzioni.

Numero di serie	Numero dell'apparecchio
Tipo e misura della maschera	Data di configurazione
Note	

MANUFACTURER **ResMed Pty Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australia

DISTRIBUITO DA
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Regno Unito

Vedere www.resmed.com per le altri sedi ResMed internazionali. Lumis, ClimateLine, e HumidAir sono marchi di fabbrica di ResMed. ClimateLine è registrato presso l'ufficio marchi e brevetti statunitense. Per informazioni sui brevetti, visitare il sito www.resmed.com/ip.
© 2015 ResMed. 288313/1 2015-03

CE 0123

ResMed.com

288313