

Maski/seadme ühilduvusloend

Eesti

Käesolev dokument määratleb maskid, mis ühilduvad ettevõtte ResMed hingamisteede positiivsete rõhustamisseadmete ja maski koostuga, kui viimane on vajalik. Täieliku teabe nende seadmete õige kasutamise kohta leiate vastavatest kasutusjuhenditest.

Märkus. Kõik tooted pole kõikides piirkondades saadaval.

Täisnäomaskid

Seade	AcuCare F1-4	AirFit™ F30 ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Haigla näomask
AirSense™ 11	X	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	X	X	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AirMini™	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
Lumis™	N/V	Täisnäomask ³	Täisnäomask ³	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
S9 Escape™	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.							
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL

Seade	AcuCare F1-4	AirFit™ F30i ¹	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Haigla näomask
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask ¹	Täisnäomask
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Täisnäomask	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
S9 VPAP™ Tx	N/V	Täisnäomask ²	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
Stellar™	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	Täisnäomask	N/V	N/V	Täisnäomask	N/V	N/V	N/V	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask	Täisnäomask

¹ SmartStop ei pruugi korralikult töötada, kui kasutate seda maski mõnedes CPAP- või kahetasandiliste seadmetega.

² Välja arvatud PAC- ja iVAPS-režiimid. Ühildub ainult rõhuvahemikus 4–25 cm H2O.

³ Pöhinedes rõhu, mahu, minutiventilaatsiooni ja hingamissageduse jälgimise täpsuse hindamisele ning vajaduse korral alarmidele, on kindlaks tehtud, et see maski ja seadme kombinatsioon on kasutamiseks ohutu. Jõudlusles võib esineda väikesed erinevusi, pidades eriti silmas kõrgemat rõhu või voolu. Kliinilise tava kohaselt peaks arst ventilaatsiooni ja alarmide töhusust kontrollima.

N/V = Maski pole selle seadmega kasutamiseks kontrollitud.

✓ = Ühilduv X = Mitteühilduv

Ninamaskid 1

Seade	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage SoftGel	Hospital Nasal
AirSense™ 11	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	X	Nina
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
Lumis™	X	Padjad ³	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina

Seade	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i ¹ / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
S9 Escape™	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
S9 VPAP™ Tx	X	Padjad ²	N/V	Padjad	N/V	Padjad	Padjad	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	PADJAD	PADJAD	NINA	NINA	NINA	NINA
Stellar™	X	N/V	PADJAD	PADJAD	PADJAD	PADJAD ¹	PADJAD ¹	NINA	NINA	NINA	NINA
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	N/V	N/V	Nina	N/V	Nina	Nina

¹ SmartStop ei pruugi korralikult töötada, kui kasutate seda maski mõnede CPAP- või kahetasandiliste seadmetega.

² Välja arvatud PAC- ja iVAPS-režiimid. Ühildub ainult rõhuvahemikus 4–25 cm H2O.

³ Põhinedes rõhu, mahu, minutiventilaatsiooni ja hingamissageduse jälgimise täpsuse hindamisele ning vajaduse korral alarmidele, on kindlaks tehtud, et see maski ja seadme kombinatsioon on kasutamiseks ohutu. Jõudluses võib esineda väikeseid erinevusi, piidades eriti silmas kõrgemat rõhu või voolu. Kliinilise tava kohaselt peaks arst ventilatsiooni ja alarmide töhusust kontrollima.

N/V = Maski pole selle seadmega kasutamiseks kontrollitud.

✓ = Ühilduv X = Mitteühilduv

Ninamaskid 2

Seade	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirSense™ 11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina
Lumis™	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
S9 Escape™	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V		Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.						
S8 Escape™ II	N/V	N/V		Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.						
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.						
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediaatriline	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediaatriline	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	Nina	Nina	Nina
S9 VPAP™ Tx	Pediaatriline	N/V	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	Nina	N/V	N/V	Nina

Seade	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
VPAP™ Tx	N/V	NINA	NINA	NINA	NINA-ULTRA	N/V	NINA	N/V	N/V	NINA
Stellar™	Pediaatriline	NINA	NINA	NINA	ULTRA	N/V	NINA	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediaatriline	Nina	Nina	Nina	Nina Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Maski pole selle seadmega kasutamiseks kontrollitud.

✓ = Ühilduv X = Mitteühilduv

Ninapadjad

Seade	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F	
AirSense™ 11	Padjad	X	Padjad	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X	
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Padjad	X	Padjad ²	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Padjad	X	Padjad ²	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Padjad	X	Padjad ²	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Padjad ²	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
Lumis™	Padjad ⁴	X	Padjad ²	N/V	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Padjad	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
S9 Escape™	Padjad	X	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	
AutoSet CS™ (S9)	Padjad	X	Padjad ²	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Padjad	X	Padjad ²	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Padjad ²	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	Padjad	
C-Series Tango™	N/V	X		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					
S7™ Lightweight	N/V	X		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Escape™	N/V	X		Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.					
S8 Escape™ II	N/V	X		Nõutav on rõhu kalibreerimine väärtsel 12 cm H2O. Pidage nõu arstiga ja vaadake kasutusjuhendit.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
S8 Compact™	N/V	X		Seadistamine pole vajalik. Enne teist tüüpi maski kasutamist pidage nõu arstiga.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	

Seade	AirFit™ P30i ¹	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
VPAP™ Adapt (S9)	Pajad	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Pajad	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Pajad	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Pajad	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Pajad ²	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
S9 VPAP™ Tx	Pajad ³	X	Pajad ²	N/V	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad
VPAP™ Tx	N/V	X	PADJAD ²	PADJAD	PADJAD	PADJAD	PADJAD	PADJAD
Stellar™	N/V	X	PADJAD ^{1,2}	PADJAD ¹	PADJAD ¹	PADJAD ¹	PADJAD ¹	PADJAD ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad	Pajad

¹ SmartStop ei pruugi korralikult töötada, kui kasutate seda maski mõnede CPAP- või kahetasandiliste seadmetega.

² Hingamis- ja/või minutiventilaatsioonimahu täpsus võib väheneda maski AirFit P10 kasutamisel kahetasandilistel režiimidel eriti kõrgema rõhu toel.

³ Välja arvatud PAC- ja iVAPS-režiimid. Ühildub ainult rõhuvahemikus 4–25 cm H2O.

⁴ Pöhinedes rõhu, mahu, minutiventilaatsiooni ja hingamissageduse jälgimise täpsuse hindamisele ning vajaduse korral alarmidele, on kindlaks tehtud, et see maski ja seadme kombinatsioon on kasutamiseks ohutu.

Jõudluses võib esineda väikeseid erinevusi, pidades eriti silmas kõrgemat rõhku või voolu. Kliinilise tava kohaselt peaks arst ventilatsiooni ja alarmitide töhusust kontrollima.

N/V = Maski pole selle seadmega kasutamiseks kontrollitud.

✓ = Ühilduv X = Mitteühilduv