

Kompatibilitetsoversigt for ikke-ventileret maske/apparater

Dansk

Dette dokument angiver de masker, der kan anvendes med ResMeds ventilatorer. For alle detaljer vedrørende den korrekte anvendelse af disse apparater, inklusive indstillinger, henvises der til den specifikke brugervejledning.

Ikke-ventilerede masker skal anvendes sammen med ventilatorsystemer med aktiv udstødningsventil. Ventilatorerne på denne liste inkluderer alle en aktiv udstødningsventil.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner.

Apparat	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	I/G	✓
Elisée 250	I/G	✓
Elisée 350	I/G	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	I/G	✓

I/G = Masken er ikke godkendt til dette apparat.



VS III / Elisée

ResMed Paris 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel, Frankrig

Alle andre

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australien

FORHANDLERE

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA,
[CE] ResMed (UK) (for ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien

Besøg www.resmed.com for at se andre ResMed-forhandlere over hele verden. Oplysninger om patenter og anden intellektuel ejendomsret findes på www.resmed.com/ip. AcuCare, Quattro og Quattro Air er varemærker tilhørende ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra og VS III er varemærker tilhørende ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air och Astral er anmeldt hos U.S. Patent and Trademark Office. © 2015 ResMed Ltd. 1017311/2 2015-02