


# Κατάλογος συμβατότητας τροφοδοτικών/συσκευών

Ελληνικά

Το παρόν συμπλήρωμα παραθέτει τα τροφοδοτικά (PSU) που είναι συμβατά με τις συσκευές της ResMed. Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη σωστή χρήση αυτών των συσκευών, παρακαλείστε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης των συσκευών.

## Σημειώσεις:

- Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες.
- Ο αριθμός προϊόντος του PSU βρίσκεται στην ετικέτα στο πίσω μέρος της μονάδας.

Συσκευή	Τροφοδοτικό				
	370001	370006	369102	R270-7198	370005
					
	Γνήσιο PSU για τις συσκευές Air10 και Lumis.	Συμπαγές PSU για τις συσκευές Air10.	Συσκευασμένο με τη σειρά S9™.	Γνήσιο PSU για Astral.	Συμπαγές PSU για Astral.
AirSense™ 10 / AirStart™ 10	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 ASV / AirCurve™ 10 ASVAuto	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ 10 CS Pacewave™	✓	✓	–	–	–
Lumis™ S / Lumis™ ST	✓	✓	–	–	–
AirCurve™ CS-A	✓	–*	–	–	–
AirCurve™ ST-A	✓	–*	–	–	–
Lumis™ ST-A	✓	–*	–	–	–
S9™	–	–	✓	–	–
PowerStation II της ResMed	✓	–*	✓	–	–
Stellar™	–	–	–	–	–
Astral™	–	–	–	✓	✓

\* Αυτή η συσκευή δεν έχει επικυρωθεί για χρήση με αυτό το PSU. Το PSU θα παρέχει την ίδια ισχύ στη μονάδα και θα πληροί τις απαιτήσεις ισχύος της συσκευής, ωστόσο η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δεν έχει ελεγχθεί.

## Δείγμα ετικέτας:

